

GB/T 12009.4—2016《塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯
第4部分：异氰酸根含量的测定》
国家标准第1号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于××××年×月×日批准，自××××年×月×日起实施。

将第5章“实验室相对湿度应为 $(50 \pm 10)\%$ 。”修改为：“实验室相对湿度应不大于60%。”
