

**GB/T 12009.5—2016《塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯  
第 5 部分：酸度的测定》  
国家标准第 1 号修改单**

本修改单经国家标准化管理委员会于××××年×月×日批准，自××××年×月×日起实施。

---

将 4.2“实验室相对湿度应为 $(50 \pm 10)\%$ 。”修改为：“实验室相对湿度应不大于 60%。”

---