

天津市晨亨医疗器械有限公司对特定电磁波治疗仪主动召回

天津市晨亨医疗器械有限公司报告，由于设备标记的耐久性、加热器表面温度误差、加热器表面温度不均匀度不合格原因，天津市晨亨医疗器械有限公司对其生产的特定电磁波治疗仪（注册证号：20162260156）主动召回。召回级别为三级。涉及产品规格型号、出厂编号、生产日期等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

附件：医疗器械召回事件报告表

