


## 消费品召回计划

生产者名称	东莞科恩久五医疗器械科技有限公司
产品名称	防护口罩
品牌	爱唯奇
涉及数量	57600 盒
型号/规格	TOP-KN98 / KEN01
生产起止日期	2020 年 04 月 10 日至 2020 年 04 月 12 日
生产批号/批次	生产批号：KEN202016A
产品描述及外观 照片	
存在的缺陷	过滤效率未达到相关安全标准要求。
可能导致的后果	口罩不能有效阻隔飞沫等传播,对佩戴者防护不到位、甚至有导致佩戴者感染病毒的危险。
避免损害发生的 应急处置方式	消费者立即暂停使用有缺陷的产品,联系公司或者经销商进行处理。





具体召回措施	通知销售商立即停止销售缺陷产品,并在公司官网、1688 销售平台及销售商发布召回公告,告知消费者具体召回事宜,为购买到缺陷产品的消费者免费退货处理。
召回负责机构	东莞科恩久五医疗器械科技有限公司
召回联系方式	1.召回联系人及服务热线:孙小姐,15307692996 2.召回公告网站: <a href="http://www.keen95.com">www.keen95.com</a> / <a href="https://shop736x194i312a2.1688.com">https://shop736x194i312a2.1688.com</a>
召回进度安排	集中召回时间计划在 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 19 日(具体以实际进度安排为准)
其他需要报告的内容	无
其他信息	相关用户也可以登录广东省市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-召回”栏目,或拨打广东省市场监督管理局缺陷产品管理中心热线电话(020-35671348)了解更多信息。

