



万年县芯智微科技有限公司

XINZHIWEI TECHNOLOGY (WANNIAN) CO., LTD.

玻璃体温计召回事件报告表

产品名称	玻璃体温计	注册证或备案 凭证编码	赣械注准 20212070059
生产企业名称	万年县芯智微科技有限公司		
代理人名称			
召回单位负责人和联系方式，经办人和联系方式	余新恩 15012858504 刘海英 13486909378		
产品的适用范围	用于测量人体腋下温度		
涉及地区和国家	江苏省苏州、甘肃省兰州市、四川省德阳市和成都市、浙江省金华市、山东济宁市、北京、黑龙江省哈尔滨、吉林省长春市、辽宁省大连市、安徽省宣城市		
涉及产品生产 (或进口中国)批次、数量	2024010043	涉及产品 型号、规格	内标式（腋下）
识别信息 (如批号)	2024010043	涉及产品在中 国的销售数量	22000 支
召回原因简述	在此批次的产品中，有部分示值允差不在合格范围之内		
纠正行动简述(包括召回要求 和处理方式等)	召回要求：请立即召回批次产品从贵处的销售明细和客户名单，以便我公司完成对该批号批次产品召回的精准性，避免造成不必要的事故。 处理方式：决定召回此次不良品报废处理，同时更换合格品给客户。		

报告单位：(盖章)

报告人：(签字)



负责人：(签字)

报告日期：2024 年 7 月 8 日