

10 批次不符合规定医疗器械产品信息

序号	产品名称	被抽样单位	标示生产企业	规格型号/批号	不合格项目
1	防褥疮充气床垫	衡水康友医疗器械有限公司	衡水康友医疗器械有限公司	C-01P, 20240601	规格尺寸
2	红外人体表面温度快速筛检仪	崇德大药房连锁有限公司容城直营三店	青岛雅世医疗器械有限公司	JA-11A, TA20221216 (序列号: JA-11A2212-22266)	实验室误差
3	中频电疗仪	河北蝶康科技有限公司	河北蝶康科技有限公司	DK9820, DK9820-A01-230915005	电疗仪输出载波频率
4	中频电疗仪	河北蝶康科技有限公司	河北蝶康科技有限公司	DK9820, DK9820-A01-231018007	样品在正常检验过程中不能正常使用
5	一次性使用灭菌橡胶外科手套	邯郸市中心医院	亿信医疗器械股份有限公司	7.5 弯曲 (麻面无粉), 231211199	老化前 300% 定伸负荷
6	一次性使用灭菌橡胶外科手套	廊坊城区医院	亿信医疗器械股份有限公司	7.5 弯曲 (麻面有粉), 230827199	老化前 300% 定伸负荷
7	一次性使用口腔器械盒	秦皇岛市爱雅仕医疗器械有限公司	石家庄倍瑞医疗器械有限公司	BRJ-2, 20240405	牙探针-工作尖和柄部的连接部
8	电动轮椅车	廊坊正杰轮椅制造有限公司	廊坊正杰轮椅制造有限公司	ZJ100W-01A, 240510	质量
9	一次性使用鼻氧管	霸州市第三医院	苏州新区明基高分子医疗器械有限公司	双套双鼻, 20231030	气流阻力
10	一次性使用人体静脉血样采集器	唐山海港经济开发区医院	河北超然医疗器械有限公司	肝素钠 5ml, 20240602	添加剂的用量、抗凝有效性

