附表：

贵州省药品监督管理局医疗器械质量公告（符合规定）（2025年第1期）

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/编号	被抽样单位	检验依据	检验结果	不合格项目	检验机构	报告编号	备注
1	医用水溶性润滑剂（医用润滑生物胶）	贵州金玖生物技术有限公司	10g	241202	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140006《医用水溶性润滑剂（医用润滑生物胶）》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250001	
2	手术止血纱	贵州金玖生物技术有限公司	H（2.5cm×4cm）加强型	241201	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140007《手术止血纱》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250002	
3	多糖止血修复生物胶液（生物多糖冲洗胶液）	贵州金玖生物技术有限公司	50ml 冲洗用聚氯乙烯软袋包装型	241003	贵州金玖生物技术有限公司	黔械注准20192140008《多糖止血修复生物胶液（生物多糖冲洗胶液）》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250003	
4	可吸收止血纱布	贵州金玖生物技术有限公司	10cm×10cm	240606	贵州金玖生物技术有限公司	国械注准20183141039《可吸收止血纱布》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250004	
5	生物多糖冲洗胶液	贵州金玖生物技术有限公司	50ml	241203	贵州金玖生物技术有限公司	国械注准20213140013《生物多糖冲洗胶液》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250005	
6	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.45×15.5RW LB	批20240815	黔西南州鸿泰医药有限责任公司	GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250006	
7	一次性使用无菌注射器带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	2.5mL-0.5×20 RW LB	批241115	黔西南州鸿泰医药有限责任公司	GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250007	
8	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方：广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方：海南维力医疗科技开发有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20240425	兴义兴大医院	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250008	
9	一次性使用灭菌橡胶外科手套	委托生产方：上海科邦医用乳胶器材有限公司 受托生产方：江西科邦医用乳胶器材有限公司	型号：无粉表面 规格：7.5	2403022C	兴义兴大医院	沪械注准20192140522《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250009	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
10	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A型轴转式/中号	20240520	贵州鸿瑞医疗器械有限公司	YY 0336-2020《一次性使用无菌阴道扩张器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250010	
11	医用外科口罩	四川制药制剂有限公司	无菌型耳挂式 175mm×95mm	20241206	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 兴义市德嘉	YY 0469-2011《医用外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250011	
12	天然橡胶胶乳男用避孕套	青岛欧米卡橡胶制品有限公司	型号：光面型 规格：52mm±2mm 长度≥160mm	23111011A	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 兴义富民路	鲁械注准20172180635《天然橡胶胶乳男用避孕套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250012	
13	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.6×28.5 TW LB	批20240717	中国医疗器械贵州有限公司	GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250013	
14	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.9×26.5 TW LB B型	批20240730	中国医疗器械贵州有限公司	GB 8369.1-2019《一次性使用输血器 第1部分：重力输血式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250014	
15	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.6×24TWLB	批20240902	中国医疗器械贵州有限公司	GB 8368-2018《一次性使用输液器 重力输液式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250015	
16	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1ml	批20221201	中国医疗器械贵州有限公司	GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250016	
17	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	JT-EYS-3500 0.7×24 TW LB	20240905	中国医疗器械贵州有限公司	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250017	
18	一次性使用医用外科口罩	贵州骏江实业有限公司	挂耳式/17cm×10cm	202410053	中国医疗器械贵州有限公司	YY 0469-2011《医用外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250018	
19	远红外伤痛活络贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	70mm×100mm	2024080101	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090078《远红外伤痛活络贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250019	
20	远红外止咳平喘贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	30mm×40mm	2025010112	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090083《远红外止咳平喘贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250020	
21	远红外小儿腹泻贴	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	40mm×40mm	2024100101	贵州佰诺康生物医药开发有限公司	黔械注准20192090084《远红外小儿腹泻贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250021	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
22	远红外乳腺增生贴	贵州佰诺康生物 医药有限公司	40mm×50mm	2024030101	贵州佰诺康 生物医药开 发有限公司	黔械注准20192090085 《远红外乳腺增生贴 》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250022	
23	远红外理气清肠贴	贵州佰诺康生物 医药有限公司	60mm×80mm	2024050102	贵州佰诺康 生物医药开 发有限公司	黔械注准20192090082 《远红外理气清肠贴 》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250023	
24	远红外风湿骨痛贴	贵州佰诺康生物 医药有限公司	70mm×100mm	2024030101	贵州佰诺康 生物医药开 发有限公司	黔械注准20192090080 《远红外风湿骨痛贴 》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250024	
25	远红外骨质宁贴	贵州佰诺康生物 医药有限公司	70mm×100mm	2024070101	贵州佰诺康 生物医药开 发有限公司	黔械注准20192090079 《远红外骨质宁贴》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250025	
26	远红外腰痛祛痛贴	贵州佰诺康生物 医药有限公司	70mm×100mm	2024080101	贵州佰诺康 生物医药开 发有限公司	黔械注准20192090077 《远红外腰痛祛痛贴 》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250026	
27	远红外颈复康贴	贵州佰诺康生物 医药有限公司	70mm×100mm	2024080101	贵州佰诺康 生物医药开 发有限公司	黔械注准20192090081 《远红外颈复康贴》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250027	
28	一次性使用无菌注 射器 带针	江西科伦医疗器 械制造有限公司	1 mL 0.45×15RWLB	批 20231116A5	毕节友谊医 院	GB 15810-2019《一次 性使用无菌注射器》 、GB 15811-2016《一 次性使用无菌注射针 》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250028	
29	一次性使用无菌阴 道扩张器	南昌飞翔乳胶制 品有限公司	轴转式 中号	24010203	毕节友谊医 院	YY 0336-2020《一次 性使用无菌阴道扩张 》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250029	
30	医用外科口罩	南昌市赣达医疗 器械有限公司	耳挂式 170mm×170mm	20240826	毕节凯帝医 院	YY 0469-2011《医用 外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250030	
31	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	B1-1 0.6×24TWLB	批202409271	毕节凯帝医 院	GB 8368-2018《一次 性使用输液器 重力输 液式》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250031	
32	一次性使用静脉管 养输液袋	上海金塔医用器 材有限公司	JT-EYW-3500	20241106	黔东南州邦 健医疗器械 有限公司	国械注准20153140321 《一次性使用静脉管 养输液袋》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250032	
33	医用外科口罩	河南省同华卫材 有限公司	型号：无菌平面挂耳 型，规格：大号 17.5cm×9.5cm±5%	20240912	贵州大健康 医药连锁有 限公司	YY 0469-2011《医用 外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250033	
34	天然橡胶胶乳避孕 套	江阴市盾牌乳胶 制品制造有限公 司	规格：长度≥160mm, 宽度52±2mm；型 号：螺纹型。	221105C	贵州大健康 医药连锁有 限公司	苏械注准20182181429 《天然橡胶胶乳避孕 套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250034	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
35	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.55×19RWLB	批20231227	国药控股黔南有限公司	GB 8368-2018《一次性使用输液器 重力输液式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250035	
36	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5mL 0.5×19.7 RWLB	批20240331	重药控股黔南有限公司	GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250036	
37	一次性使用灭菌橡胶外科手套	广东汇通乳胶制品集团有限公司	7码 弯型/麻面 有粉	22B164EO	重药控股黔南有限公司	粤械注准20172140158《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250037	
38	一次性使用无菌注射针	江西洪达医疗器械集团有限公司	1.2×32 TW LB	批20220802	上药控股黔南有限公司	GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250038	
39	一次性使用医用橡胶检查手套	贵州骏江实业有限公司	7.5#	202410028	上药控股黔南有限公司	GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250039	
40	一次性使用无菌阴道扩张器	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号/推拉式	批20240716	贵州盘江煤电集团有限责任公司医院	YY 0336-2020《一次性使用无菌阴道扩张器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250040	
41	可吸收性外科缝线	南通华利康医疗器械有限公司	2-0 3.0 metric 合成 PGLA 编织 带针 紫色 90cm 圆针	2409X17	贵州盘江煤电集团有限责任公司医院	YY 1116-2020《可吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250041	
42	一次性使用输血器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	带针 0.9×26 TW LB	批20240621	贵州盘江煤电集团有限责任公司医院	GB 8369.1-2019《一次性使用输血器 第1部分：重力输血式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250042	
43	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6mm×28.5mm TWLB	批20231011	钟山诚永忠医院	GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250043	
44	医用外科口罩	南昌健鹏医用器材有限公司	长方形（B耳挂式） 17cm×17cm	20240808	黔东南国康医疗设备有限公司	YY 0469-2011《医用外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250044	
45	一次性使用无菌注射器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL 0.6×28.5mm TWLB	批20241023	黔东南国康医疗设备有限公司	GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250045	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
46	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	B1-1 0.7×24TWLB	批20230904	黔东南州邦 健医疗器械 有限公司	GB 8368-2018《一次 性使用输液器 重力输 液式》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250046	
47	一次性使用无菌注 射针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	0.6×28.5TWLB	批20231102	凯里市鑫达 医疗设备有 限公司	GB 15811-2016《一次 性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250047	
48	一次性使用无菌阴 道扩张器	南昌翔翊医疗器 械有限公司	型号：轴转式；规 格：中号	批240907	凯里市鑫达 医疗设备有 限公司	YY 0336-2020《一次 性使用无菌阴道扩张 器》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250048	
49	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	0.55×19RWLB B1-1	批202408111	铜仁市慷隆 医疗科技有 限公司	GB 8368-2018《一次 性使用输液器 重力输 液式》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250060	
50	一次性使用输液器	山东安得医疗用 品股份有限公司	NPZ-S2 0.55×18RWLB	241216	国药控股安 顺有限公司	GB 8368-2018《一次 性使用输液器 重力输 液式》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250067	
51	检查手套	武汉科达海医疗 器械有限公司	光面有粉中号	20240506	贵州盛一达 商贸有限公司	GB 10213-2006《一次 性使用医用橡胶检查 手套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250049	
52	医用外科口罩	委托生产方：奥 美医疗用品股 份有限公司 受托生产方：国 药集团奥美（湖 北）医疗用品有 限公司	耳挂式， 14.5cm×9cm	J221107A	贵州正和祥 药业有限公司 遵义市广 州路一店	YY 0469-2011《医用 外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250050	
53	一次性使用无菌阴 道扩张器	南昌卫材医疗器 械有限公司	中号 A型（轴转式）	20240406	遵义市金康 医疗设备有 限公司	YY 0336-2020《一次 性使用无菌阴道扩张 器》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250051	
54	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	P-5型 0.7×24TWLB	批20241121	贵州鸿赫医 疗设备有限 公司	GB 8368-2018《一次 性使用输液器 重力输 液式》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250052	
55	一次性使用无菌注 射器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	中头式 10ml 0.7×31TWLB	批20240903	贵州鸿赫医 疗设备有限 公司	GB 15810-2019《一次 性使用无菌注射器》 、GB 15811-2016《一 次性使用无菌注射针	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250053	
56	一次性使用无菌注 射针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	0.45×15.5 RW LB	批20240330	遵义康引妇 产医院	GB 15811-2016《一次 性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250054	
57	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医 疗用品股份有 限公司	1 紫色 90cm · 1/2 11×28 44mmR113	18A0327AJ	遵义康引妇 产医院	YY 1116-2020《可吸 收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250055	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
58	一次性使用静脉营养输液袋 带针	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	EVA-T3-3-3000mL	批20240521	国药集团贵州(遵义)医疗器械有限公司	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250056	
59	非吸收性外科缝线	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	3-0 2 1601-41	24A105	国药集团贵州(遵义)医疗器械有限公司	苏械注准20172021812《非吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250057	
60	一次性使用无菌注射针	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	0.7×80 TWLB	C20241201	毕节市七星关区人民医院	GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250058	
61	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	JT-EYS-3500 0.7X24 TW LB	20240814	毕节市七星关区人民医院	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250059	
62	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL 0.45×15.5mm RWLB	批20240807	铜仁市慷隆医疗科技有限公司	GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250061	
63	医用外科口罩	湖南臻和亦康医疗用品有限公司	175mm×95mm 平面型 耳挂式(无菌型)	20240903	国药控股医疗器械铜仁有限公司	YY 0469-2011《医用外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250062	
64	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A型轴转式/中号	20241206	国药控股医疗器械铜仁有限公司	YY 0336-2020《一次性使用无菌阴道扩张器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250063	
65	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方: 广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方: 海南维力医疗科技开发有限公司	三腔导尿管标准型 6.7mm(20Fr) 30mL	20230820	国药控股医疗器械铜仁有限公司	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250064	
66	一次性使用灭菌橡胶外科手套	委托生产方: 上海科邦医用橡胶器材有限公司 受托生产方: 江西科邦医用橡胶器材有限公司	型号: 无粉表面 规格: 6.5	2406291A	国药控股医疗器械铜仁有限公司	沪械注准20192140522《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250065	
67	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5mL 0.5×19.7mm RWLB	批20240925	国药控股安顺有限公司	GB 15810-2019《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2016《一次性使用无菌注射针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250066	
68	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3-0 紫色 90cm ▼3/8 7×19 24mm	18A0814AJ	贵州安顺七十三医院	国械注准20173024097《可吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250068	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
69	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型(聚丙烯)轴转式 中号	20240911	贵州安顺七十三医院	YY 0336-2020《一次性使用无菌阴道扩张器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250069	
70	一次性使用医用外科口罩	河南省安邦卫材有限公司	17.5cm×9.5cm/长方形	N4101411	安顺市妇幼保健院	YY 0469-2011《医用外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250070	
71	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	0.7x24 TW LB / JT-EYS-3500	20241121	安顺市妇幼保健院	国械注准20153140321《一次性使用静脉营养输液袋》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250071	
72	医用外科口罩	山东登胜药业有限公司	型号: 无菌型 规格: 17.5cm×9.5cm	241206	贵州安康大药房连锁有限公司	YY 0469-2011《医用外科口罩》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250072	
73	天然橡胶胶乳男用避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	有储精囊光面型 标称宽度: 52mm	2406101	贵州安康大药房连锁有限公司	鄂械注准20162182262《天然橡胶胶乳男用避孕套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250073	
74	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	2 紫色 90cm · 1/2 12×32 50mmR911	18A0315AJ	七星关现代医院	国械注准20173024097《可吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250074	
75	无菌橡胶医用手套	北京瑞京乳胶制品有限公司	7 麻面/有粉/弯形	2023021233	安顺市妇幼保健院	京械注准20172140114《无菌橡胶医用手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250075	
76	一次性使用无菌橡胶外科手套	贵州天使医疗器械有限公司	规格: 7.5: 中号 (M) / 型号: 麻面有粉表面	20241029	贵州中医药大学第二附属医院	黔械注准20212140011《一次性使用无菌橡胶外科手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250076	
77	天然橡胶胶乳男用避孕套	稳健(桂林)乳胶用品有限公司	W52mm/光面型	42001065	贵州中医药大学第二附属医院	桂械注准20162180095《天然橡胶胶乳男用避孕套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250077	
78	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌益民医用卫生材料有限公司	推拉式 中号	20241122	贵州中医药大学第二附属医院	YY 0336-2020《一次性使用无菌阴道扩张器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250078	
79	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方: 广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方: 海南维力医疗科技开发有限公司	双腔导尿管标准型 4.7mm (14Fr) 30mL	20240126	贵州中医药大学第二附属医院	粤械注准20162140874《一次性使用乳胶导尿管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250079	
80	天然橡胶胶乳避孕套	天津中生乳胶有限公司	型号: 结构形式: 光面; 规格: 标称宽度: w52; 长度: 不小于160mm	LBA24091	贵州安芝康大药房连锁有限公司	津械注准20202180122《天然橡胶胶乳避孕套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250080	
81	可吸收性外科缝线	南通华利康医疗器械有限公司	2-0 H-4829 圆针 10×24	2312X05	凯里仁德医院	国械注准20193021967《可吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250081	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
82	非吸收性外科缝线 (真丝缝线)	南通华利康医疗 器械有限公司	2-0 B-102 线长 60cm×15根	2401F12	凯里仁德医 院	苏械注准20152021365 《非吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250082	
83	天然橡胶胶乳避孕 套	天津中生乳胶有 限公司	光面、宽度:W52;长 度:不小于160mm	LB24037	贵州正和祥 药业有限公司 遵义市广 州路一店	津械注准20202180122 《天然橡胶胶乳避孕 套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250083	
84	天然胶乳橡胶避孕 套	广东汇通乳胶制 品集团有限公司	52±2mm / 光面型	9GZ2206	贵州安顺七 十三医院	粤械注准20162180471 《天然胶乳橡胶避孕 套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250084	
85	丝线编织非吸收性 缝线	强生(中国)医 疗器材有限公司	0(3.5 METRIC) SA86G 15×60cm	UG2BK	贵州中医药 大学第二附 属医院	沪械注准20202020196 《丝线编织非吸收性 缝线》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250085	
86	合成可吸收性外科 缝线	Ethicon LLC 爱 惜康有限责任公 司	Y426	103K6A	贵州中医药 大学第二附 属医院	国械注进20193022157 《合成可吸收性外科 缝线》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250086	
87	一次性使用灭菌橡 胶外科手套	江西洪达医疗器 械集团有限公司	麻面无粉 7#	批20240402	遵义市金康 医疗设备有 限公司	赣械注准20202140011 《一次性使用灭菌橡 胶外科手套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250087	
88	一次性使用润滑导 尿管	广州维力医疗器 械股份有限公司	双腔标准型12Fr	20240530	桐梓县中医 医院	粤械注准20172141846 《一次性使用润滑导 尿管》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250090	
89	一次性使用医用橡 胶检查手套	江西丹美实业有 限公司	光面有粉表面 M中号 7.5号	241007	贵州睿安医 疗器械有限 公司	GB 10213-2006《一次 性使用医用橡胶检查 手套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250091	
90	一次性使用输血器 带针	江西洪达医疗器 械集团有限公司	规格: 0.9mm 型号: B型	批20230831	玉屏侗族自 治县中医院	GB 8369.1-2019《一 次性使用输血器 第1 部分:重力输血式》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250092	
91	一次性使用医用橡 胶检查手套	广州市加明橡塑 制品有限公司	有粉 光面 小号 (S) 6.5	240623	玉屏侗族自 治县妇幼保 健院	GB 10213-2006《一 次性使用医用橡胶检查 手套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250093	
92	一次性使用导尿管	江苏江扬特种橡 塑制品有限公司	单腔无球囊 4.7mm(Fr14)	20241105	六盘水市第 二人民医院	苏械注准20142140677 《一次性使用导尿管》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250096	
93	丝线编织非吸收性 缝线	强生(中国)医 疗器材有限公司	5-0(1 METRIC) SA82G 15×60cm	TC2AH	铜仁市万山 区人民医院	沪械注准20202020196 《丝线编织非吸收性 缝线》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250097	
94	一次性使用灭菌橡 胶外科手套	山东玉源乳胶手 套有限公司	无粉纹理7.5	240706R23	大方县中医 医院	鲁械注准20182140151 《一次性使用灭菌橡 胶外科手套》	符合	/	贵州省医疗器 械检测中心	SCY250098	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
95	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方：广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方：海南维力医疗科技开发有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm(16Fr)30mL	20240708	大方县中医医院	粤械注准20162140874 《一次性使用乳胶导尿管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250099	
96	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	B1-1 0.6×24TWLB	批202501072	安龙县康庄中西药有限责任公司	GB 8368-2018《一次性使用输液器 重力输液式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250100	
97	天然橡胶胶乳男用避孕套	广西桂林逐境健康产业有限公司	W52±2mm 非光面型 (螺纹)	MS2408L	铜仁芝林医药连锁有限公司	桂械注准20192180073 《天然橡胶胶乳男用避孕套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250101	
98	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm	批20240725	江口县中医医院	GB18671-2009《一次性使用静脉输液针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250102	
99	可吸收性外科缝线	苏州医疗用品厂有限公司	2-0 90cm O1/2 10×25 40mm	241118	江口县中医医院	国械注准20163022283 《可吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250103	
100	防针刺伤型静脉留置针	佳康医用器材(青岛)有限公司	24G普通型(三通)	250112	江口县中医医院	国械注准20203140191 《防针刺伤型静脉留置针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250104	
101	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	22	2A1005	纳雍县妇幼保健院	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250105	
102	一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 20mL 1.6×32mm TWSB	批20250215	纳雍慈爱医院	赣械注准20162140329 《一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250106	
103	一次性使用手术衣	南昌益民医用卫生材料有限公司	中号	20240303	纳雍慈爱医院	赣械注准20182140122 《一次性使用手术衣》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250107	
104	一次性使用产包	新乡市康民卫材开发有限公司	/	20241209	丹寨县人民医院	豫械注准20222140549 《一次性使用产包》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250108	
105	一次性使用静脉留置针	委托生产方：河南驼人医疗器械集团有限公司 受托生产方：河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	Y式18G	202212014	丹寨县人民医院	国械注准20153141367 《一次性使用静脉留置针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250109	
106	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.55mm 0.55×19RWLB	批20240424	麻江县人民医院	GB18671-2009《一次性使用静脉输液针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250110	
107	一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)	江西洪达医疗器械集团有限公司	A型斜口针 20mL 1.6×32mm TWSB	批20250226	黔南州弘泰商贸有限公司	赣械注准20162140329 《一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250111	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/编号	被抽样单位	检验依据	检验结果	不合格项目	检验机构	报告编号	备注
108	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.55mm 0.55×19RWLB	批20240522	贵州医科大学第三附属	GB18671-2009《一次性使用静脉输液针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250112	
109	无菌医用缝合针	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	TY-1-1028 · 1/2 10×28	20Z0215J	纳雍县妇幼保健院	沪械注准20212020336 《无菌医用缝合针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250113	
110	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度52mm	1002707301	贵州一安药业连锁有限	鲁械注准20162180063 《天然胶乳橡胶避孕套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250114	
111	一次性使用鼻氧管	河南省恒日医疗器械有限公司	型号：成人双鼻 规格：1.5m	25011302	六盘水市第二人民医院	豫械注准20222081091 《一次性使用鼻氧管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250115	
112	一次性使用无菌导尿管	湛江市事达实业有限公司	16Fr（30ml）双腔气囊标准型	20250117	黔南州弘泰商贸有限公司	粤械注准20162140987 《一次性使用无菌导尿管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250116	
113	一次性使用真空采血管	贵州天地医疗器械有限责任公司	2mL EDTAK2	20241116	贵州医科大学第三附属医院	黔械注准20212220065 《一次性使用真空采血管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250117	
114	一次性使用无菌针灸针	四川老宗医疗器械有限公司	0.30×40mm平柄针	240906006	金沙华仁医院	GB 2024-2016《针灸针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250118	
115	一次性使用配药注射器	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	20ml-1.6×30（侧孔针）	批241204	麻江县人民医院	豫械注准20212140851 《一次性使用配药注射器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250119	
116	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	11（非合金工具钢）	35A1221	六盘水市第二人民医院	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250120	
117	一次性使用静脉营养输液袋	上海金塔医用器材有限公司	JT-EYW-3500	20240924	沿河土家族自治县人民医院	国械注准20153140321 《一次性使用静脉营养输液袋》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250121	
118	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	15（非合金工具钢）	35A1203	沿河土家族自治县人民	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250122	
119	无菌医用缝合针	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	PW260	20A0510	沿河土家族自治县人民	沪械注准20212020336 《无菌医用缝合针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250123	
120	一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）	江西洪达医疗器械集团有限公司	B型侧口针 20mL 1.6×32mm TW	批20241231	沿河土家族自治县人民	赣械注准20162140329 《一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250124	
121	一次性使用鼻氧管	扬州伊贝康医疗科技有限公司	单鼻塞	20241008	雷山县人民医院	苏械注准20182081749 《一次性使用鼻氧管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250125	
122	一次性使用乳胶导尿管	委托生产方：广州维力医疗器械股份有限公司 受托生产方：海南维力医疗科技开发有限公司	双腔导尿管标准型 5.3mm（16Fr）30mL	20240320	雷山县人民医院	粤械注准20162140874 《一次性使用乳胶导尿管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250126	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
123	无菌医用缝合针	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	TJ-1-924 ▲1/2 9×24	20A0912J	台江县人民医院	沪械注准20212020336 《无菌医用缝合针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250127	
124	一次性使用针灸针	天津亿朋医疗器械有限公司	0.30×75 S	24121721	台江县民族中医院	GB 2024-2016《针灸针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250128	
125	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	Y型22G 0.9×25	批20230105L1	台江县民族中医院	国械注准20173140835 《一次性使用静脉留置针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250129	
126	针灸针	苏州针灸用品有限公司	0.30×75mm	241002	国药器械贵州黔南有限公司	GB 2024-2016《针灸针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250130	
127	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市旭辉医疗器械有限公司	中号 A型(聚丙烯)轴转式	20241111	国药器械贵州黔南有限公司	YY 0336-2020《一次性使用无菌阴道扩张器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250131	
128	红外体温计	深圳市爱立康医疗股份有限公司	AET-R832	23A019	贵州一正连锁药业有限公司	粤械注准20192070971 《红外体温计》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250132	
129	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	23 非合金工具钢(T10A)	2A0809	平塘顺百年医院	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250133	
130	一次性使用手术衣	江西省蓝康实业有限公司	中号	20240109	台江县人民医院	赣械注准20162140153 《一次性使用手术衣》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250134	
131	一次性使用静脉输液针	江西丰临医用器械有限公司	0.7×24TWLB	批20241210	遵义市传染病医院	GB18671-2009《一次性使用静脉输液针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250136	
132	一次性使用输液器带针	江西丰临医用器械有限公司	A1-2TS0.7×24 TWLB	批20240907D	遵义市传染病医院	GB 8368-2018《一次性使用输液器 重力输液式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250137	
133	非吸收性外科缝线	扬州富达医疗器械有限公司	60cm×15根	20240306	金沙县岩孔街道卫生院	苏械注准20192020931 《非吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250138	
134	一次性使用鼻氧管	扬州晓康医疗器械有限公司	单鼻塞	20240802	金沙县岩孔街道卫生院	苏械注准20162080551 《一次性使用鼻氧管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250139	
135	一次性使用输血器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.9×26.5TWLB B型	批20241015	大方县人民医院	GB 8369.1-2019《一次性使用输血器 第1部分:重力输血式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250140	
136	一次性使用静脉留置针	委托生产方:河南驼人医疗器械集团有限公司 受托生产方:河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	22G 三通正压型	SA2502021	大方县人民医院	国械注准20203140133 《一次性使用静脉留置针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250141	
137	玻璃体温计	洪江市正兴医疗仪表厂	CR.W11 三角型棒式体温计(口腔用)	20250214-1	贵州博洋药业连锁有限公司	GB 1588-2001《玻璃体温计》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250142	
138	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE666CR	240903	贵州博洋药业连锁有限公司	苏械注准20202071574 《臂式电子血压计》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250143	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
139	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.6×24TWLB	批20240622	黔西南布依族苗族自治州妇幼保健	GB18671-2009《一次性使用静脉输液针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250144	
140	一次性使用配药注射器	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	1.6×30mm/20mL	批241214	黔西南布依族苗族自治州妇幼保健	豫械注准20212140851《一次性使用配药注射器》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250145	
141	一次性使用输血器带针	稳健平安医疗科技(湖南)有限公司	TS1 0.9	批20241017	天柱县人民医院	GB 8369.1-2019《一次性使用输血器 第1部分:重力输血式》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250146	
142	玻璃体温计	南昌市江南诚医疗器械有限公司	三角形棒式(口腔)	23122626	天柱县人民医院	GB 1588-2001《玻璃体温计》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250147	
143	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	11 非合金工具钢(T10A)	2A0715	天柱县中医院	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250148	
144	一次性使用体外吸引连接管	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	I型3.0m	202410023	天柱县中医院	豫械注准20202142113《一次性使用体外吸引连接管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250149	
145	一次性使用无菌针灸针	长春爱康医疗器械有限公司	Φ0.35×75mm	AK240809	遵义市播州区中医院	GB 2024-2016《针灸针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250150	
146	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	11 非合金工具钢(T10A)	2E0209	遵义市播州区中医院	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250151	
147	针灸针	苏州医疗用品厂有限公司	Ø0.30×60mm	233198	黔西南州卫康医疗器械有限责任公司	GB 2024-2016《针灸针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250152	
148	无菌手术刀片	苏州施莱医疗器械有限公司	23 碳钢	N0265	黔西南州卫康医疗器械有限责任公司	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250153	
149	一次性使用静脉输液针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7mm	批20240115	威宁博爱医院	GB18671-2009《一次性使用静脉输液针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250154	
150	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE8300B	241202	贵州乌蒙山欣安医药有限公司	苏械注准20202071591《腕式电子血压计》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250155	
151	非吸收性外科缝线	扬州富达医疗器械有限公司	3.5M/2-0	20241106	黔西南州亿力医疗器械有限公司	苏械注准20192020931《非吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250157	
152	一次性使用手术衣	贵州骏江实业有限公司	120cm×60cm B型/标准型	202412048	黔西南州亿力医疗器械有限公司	黔械注准20222140017《一次性使用手术衣》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250158	
153	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE8700AR	231104	兴义市红利工贸有限公司	苏械注准20202071591《腕式电子血压计》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250159	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
154	一次性使用手术衣	安士医疗集团有限公司	120cm×120cm III型	25021001	都匀市人民医院	豫械注准20202140608 《一次性使用手术衣》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250160	
155	一次性使用吸引管	如皋市恒康医疗器械有限公司	连接管(I型) 9.3mm(F28)	20250218	都匀市人民医院	苏械注准20142140235 《一次性使用吸引管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250161	
156	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3-0 紫色 90cm 3/8 7×19 24mm	18Y1217AJ	兴义杏林肛肠专科医院有限责任公司	国械注准20173024097 《可吸收性外科缝线》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250162	
157	一次性使用医用橡胶检查手套	江西丹美实业有限公司	光面 有粉表面 小号(6.5号)	240106	贵州惠康医疗器械有限公司	GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250163	
158	一次性使用鼻氧管	扬州市松田医疗器械有限公司	鼻架式	20250109	贵州惠康医疗器械有限公司	苏械注准20172080381 《一次性使用鼻氧管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250164	
159	一次性使用静脉留置针	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.9×25mm(22G×1.00IN)/三通型	批20250103	重药控股黔西南医疗有限公司	国械注准20193141874 《一次性使用静脉留置针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250165	
160	一次性使用医用橡胶检查手套	重庆健鹏医疗器械有限公司	光面有粉 小号(6.5)	20241206	凤冈县人民医院	GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250166	
161	一次性使用鼻氧管	扬州市桂龙医疗器械有限公司	A型 单塞中号	20240703	铜仁市中医医院	苏械注准20162080521 《一次性使用鼻氧管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250167	
162	一次性使用无菌针灸针	江苏华文医疗器械有限公司	0.30*40	240701	铜仁市中医医院	GB 2024-2016《针灸针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250168	
163	一次性使用吸痰管	河南省恒日医疗器械有限公司	HR-PT F14 4.67mm×500mm	24090202	铜仁市中医医院	豫械注准20212080674 《一次性使用吸痰管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250169	
164	一次性使用手术衣	河南省戈尔医疗器械有限公司	120×120	24111732	铜仁市中医医院	豫械注准20202141240 《一次性使用手术衣》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250170	
165	远红外跌打损伤贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B型	250301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090059 《远红外跌打损伤贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250171	
166	远红外跌打损伤贴	贵州苗药药业有限公司	9.5cm×12.5cm/A型	250101	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090059 《远红外跌打损伤贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250172	
167	腰椎康复贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B型	250401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090062 《腰椎康复贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250173	
168	远红外颈椎病康复贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B型	250401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090057 《远红外颈椎病康复》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250174	
169	远红外风湿关节痛贴	贵州苗药药业有限公司	9.5cm×12.5cm/A型	250301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090061 《远红外风湿关节痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250175	
170	远红外肩周炎痛贴	贵州苗药药业有限公司	9.5cm×12.5cm/A型	250301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090060 《远红外肩周炎痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250176	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
171	远红外肩周炎痛贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B型	250401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090060 《远红外肩周炎痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250177	
172	远红外骨质增生贴	贵州苗药药业有限公司	9.5cm×12.5cm/A型	250401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090058 《远红外骨质增生贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250178	
173	远红外骨质增生贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B型	250301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090058 《远红外骨质增生贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250179	
174	远红外腰痛贴	贵州苗药药业有限公司	9.5cm×12.5cm/A型	250401	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090063 《远红外腰痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250180	
175	远红外腰痛贴	贵州苗药药业有限公司	8.0cm×10.0cm/B型	250301	贵州苗药药业有限公司	黔械注准20192090063 《远红外腰痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250181	
176	永磁骨质增生贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20250409	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090018 《永磁骨质增生贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250182	
177	永磁风湿关节贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20250304	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090019 《永磁风湿关节贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250183	
178	永磁肩周痛贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20250410	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090020 《永磁肩周痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250184	
179	永磁跌打止痛贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20250408	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090021 《永磁跌打止痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250185	
180	永磁腰痛贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20250303	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090016 《永磁腰痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250186	
181	永磁镇痛贴	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	90mm×120mm	20250301	贵州苗老爹民本医药器械有限责任公司	黔械注准20182090017 《永磁镇痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250187	
182	体痛穴位贴	贵州苗通药业有限公司	95mm×115mm	250401	贵州苗通药业有限公司	黔械注准20192090056 《体痛穴位贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250188	
183	儿童感冒咳嗽理疗贴	贵州苗通药业有限公司	65mm×65mm, 贴片 直径: 35mm	250103	贵州苗通药业有限公司	黔械注准20192090055 《儿童感冒咳嗽理疗	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250189	
184	医用脱脂棉球	贵州骏江实业有限公司	中号	202501013	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20222140026 《医用脱脂棉球》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250190	
185	医用无纺布敷料	贵州骏江实业有限公司	120cm×200cm	202501008	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20222140027 《医用无纺布敷料》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250191	
186	一次性使用灭菌橡胶外科手套	贵州骏江实业有限公司	弯曲手指/麻面 无 粉/7.0	202501028	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20192140064 《一次性使用灭菌橡胶外科手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250192	

序号	样品名称	标示生产单位	规格型号	生产批号/ 编号	被抽样 单位	检验依据	检验 结果	不合格 项目	检验机构	报告编号	备注
187	医用脱脂棉垫	贵州骏江实业有限公司	13cm×23cm	202501021	贵州骏江实业有限公司	黔械注准20222140028 《医用脱脂棉垫》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250194	
188	一次性使用医用橡胶检查手套	贵州骏江实业有限公司	7.5#	202503008	贵州骏江实业有限公司	GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250195	
189	一次性使用无菌医用垫单	贵州天地医疗器械有限责任公司	中单 100cm×200cm	2025040201	贵州天地医疗器械有限责任公司	黔械注准20232140001 《一次性使用无菌医用垫单》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250198	
190	一次性使用无菌静脉采血针	贵州天地医疗器械有限责任公司	A1型 0.7×25 TWLB	20250308	贵州天地医疗器械有限责任公司	国械注准20243221795 《一次性使用无菌静脉采血针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250200	
191	一次性使用真空采血管	贵州天地医疗器械有限责任公司	2mL/EDTAK2	20250211	贵州天地医疗器械有限责任公司	黔械注准20212220065 《一次性使用真空采血管》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250201	
192	远红外乳腺增生贴	贵州康琦药械有限公司	50mm×70mm	2024100103	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090009 《远红外乳腺增生贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250202	
193	远红外平喘止咳贴	贵州康琦药械有限公司	30mm×50mm	2025010211	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090008 《远红外平喘止咳贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250203	
194	远红外行气通便贴	贵州康琦药械有限公司	50mm×70mm	2025040202	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090005 《远红外行气通便贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250204	
195	远红外颈椎康贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2025020102	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090007 《远红外颈椎康贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250205	
196	远红外小儿保脐贴	贵州康琦药械有限公司	40mm×40mm	2025010101	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090010 《远红外小儿保脐贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250206	
197	远红外骨质增生贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2024030102	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090004 《远红外骨质增生贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250207	
198	远红外活络止痛贴	贵州康琦药械有限公司	70mm×100mm	2025010104	贵州康琦药械有限公司	黔械注准20202090006 《远红外活络止痛贴》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250208	
199	一次性使用无菌手术刀片	准阴医疗器械有限公司	11(碳钢)	N250132	镇宁布依族苗族自治县人民医院	YY/T 0174-2019《手术刀片》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250209	
200	一次性使用无菌针灸针	贵州安迪医疗设备有限公司	Φ0.30×60mm / 平柄针	P231210	普定县中医医院	GB 2024-2016《针灸针》	符合	/	贵州省医疗器械检测中心	SCY250212	