医疗器械主动召回信息发布

肌因肽克（贵州）生物技术有限公司对

医用重组胶原蛋白修复凝胶主动召回

肌因肽克（贵州）生物技术有限公司报告，因投料比例与工艺规程配比不一致，我公司对生产的医用重组胶原蛋白修复凝胶(注册编号：黔械注准 20232140040)主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

附件：医疗器械召回事件报告表

肌因肽克（贵州）生物技术有限公司

2025 年 09 月 22 日

医疗器械召回事件报告表

提交：☑企业所在地省级食品药品监督管理部门　　□器械注册/备案部门

产品名称	医用重组胶原蛋白修复凝胶	注册证或备案凭证编码	黔械注准 20232140040
生产企业名称	肌因肽克（贵州）生物技术有限公司		
代理人名称	吴贵贵		
召回单位负责人和联系方式，经办人和联系方式	召回单位负责人联系方式：梁佳/13911722265 经办人和联系方式：吴贵贵/18285599034		
产品的适用范围	用于非慢性创面及周围皮肤的护理。		
涉及地区和国家	中国/广州市	召回级别	三级召回
涉及产品生产（或进口 中国）批次、数量	1 批次/587 支	涉及产品型号、规格	1g/支
识别信息 （如批号）	批号：GTEG025005	涉及产品在中国的销售数量	587 支
召回原因简述	产品生产中投料比例与工艺规程配比不一致。		
纠正行动简述（包括召回要求和处理方式等）	对该批次全部召回，召回后进行销毁处理。		

报告单位：（盖章）　　负 责 人 ： 梁 佳

报 告 人 ： 吴 贵 贵　　报告日期：2025.09.22