附件 1

医疗器械召回事件报告表

提交：☑企业所在地省级食品药品监督管理部门　　□器械注册/备案部门

产品名称	一次性使用鼻腔止血海绵	注册证或备案凭证编码	粤械注准 20192140221
生产企业名称	珠海元航生物科技有限公司		
代理人名称	/		
召回单位负责人和联系方式，经办人和联系方式	负责人：赵枫齐　联系方式：19925532266 经办人：黄少娟　联系方式：13527257372		
产品的适用范围	由 PVA 膨胀海绵及拉线组成，本产品不含药物及人体可吸收材料。		
涉及地区和国家	中国	召回级别	三级
涉及产品生产（或进口中国）批次、数量	批次：25082801 生产数量：1880 片	涉及产品型号、规格	A2（100*20*15mm）
识别信息（如批号）	25082801	涉及产品在中国的销售数量	1720 片
召回原因简述	因国抽产品酸碱度不符合产品技术要求。		
纠正行动简述（包括召回要求和处理方式等）	1、及时统计该批号产品生产销售情况； 2、对此产品进行召回； 3、企业内部开展自查自纠工作； 4、停止该产品的生产。		

报告单位：（盖章）
报 告 人：（签字）

负 责 人：（签字）
报告日期：2026.08.18