



161600140349
有效期2022年1月11日

NO. A2210390341101003C

检 验 报 告

样 品 名 称	沙棘
委 托 单 位	岢岚县林业局
受 检 单 位	水泉子村
检 验 类 别	委托检验



河南华测检测技术有限公司



河南华测检测技术有限公司

检验报告

No: A2210390341101003C

共 2 页 第 1 页

样品名称	沙棘	型号规格	散装称重
		商 标	/
受检单位	水泉子村	检验类别	委托检验
受检单位地址	山西省忻州市岢岚县王家岔乡水泉子村		
生产单位	水泉子村	样品等级、状态	新鲜、完整
抽样地点	山西省忻州市岢岚县王家岔乡水泉子村	抽样日期	2021 年 09 月 16 日
样品数量	1kg	抽样者	张弓文、刘梦海
抽样基数	/	原编号/ 生产日期	KL-20210916-002、2021 年 09 月 16 日
检验依据	GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》	检验项目	吡虫啉，敌敌畏，啶虫脒，对硫磷，多菌灵等 8 项
所用主要仪器	气相色谱仪等	实验 环境 条件	温度 符合要求
			湿度 符合要求
检 验 结 论 备 注	经检验，该产品以下所检项目符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的规定要求。		
		签发日期:	2021 年 10 月 14 日
	/		



技术
专用
117659

批准:

吴冬江

审核:

张斌

编制:

相静名

河南华测检测技术有限公司

郑州高新技术产业开发区梧桐街 121 号

河南华测检测技术有限公司 检验结果报告书

No: A2210390341101003C

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目, 单位	标准值	检验值	单项结论	检验方法
1	对硫磷, mg/kg	≤0.01	未检出(<0.01)	符合	GB 23200.113-2018
2	甲拌磷, mg/kg	≤0.01	未检出(<0.01)	符合	GB 23200.113-2018
3	吡虫啉, mg/kg	≤5	未检出(<0.00550)	符合	GB/T 20769-2008
4	啶虫脒, mg/kg	≤2	未检出(<0.00036)	符合	GB/T 20769-2008
5	多菌灵, mg/kg	≤1	未检出(<0.00012)	符合	GB/T 20769-2008
6	敌敌畏, mg/kg	≤0.2	未检出(<0.01)	符合	NY/T 761-2008 第 1 部分 方法二
7	甲胺磷, mg/kg	≤0.05	未检出(<0.01)	符合	NY/T 761-2008 第 1 部分 方法二
8	甲氧菊酯, mg/kg	≤5	未检出(<0.002)	符合	NY/T 761-2008 第 2 部分 方法二
以下空白					

*** 报告结束 ***

声明:

1. 检测报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章无效;
2. 复印检测报告未盖红色检验检测专用章无效;
3. 报告涂改无效;
4. 检测结果仅对本次抽检样品负责;
5. 若有异议, 请于收到本报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理;
6. 未经本公司同意, 不得将此报告用于商业宣传等相关活动;
7. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。

